

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更日 平成29年8月3日（木）報告分より

■変更項目 セルロプラスミン（項目コード：3206） 検査案内 p133

■変更内容

試薬メーカーより、下記項目に使用する標準血清につきまして、一部のロットで偽低値化が認められたため、急きょ標準血清を改良品に変更する旨の連絡がありました。

つきましては、本変更により基準値等の検査要項に変わりはございませんが、今後は報告値が高値傾向となりますので、ご留意をお願い申し上げます。

検査項目	変更箇所	備考
3206 セルロプラスミン	相関式	新法=1.234×旧法+0.270 r=0.997 n=60

■既報告のデータについて

既にご報告済みのデータにつきましては、弊社の精度管理上では検査値に低値傾向は認められませんでした。

以上

*お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション

2017-A-032



株式
会社

江東微生物研究所