

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更日 平成30年9月26日（水）受付分より

■変更項目 特異的 I g E 半定量・定量
CAP シングルアレルゲン「ヒノキ」 } (項目コード:6939) ※検査案内 p126～p129

■変更内容

特異的 I g E 半定量・定量 CAP シングルアレルゲン「ヒノキ」につきまして、測定試薬を感度が向上した改良試薬に変更させていただきます。

なお、改良試薬での測定値は従来より高値傾向となりますが、判定基準等その他の変更はございません。

検査項目	変更箇所	変更内容
6939 特異的 I g E 半定量・定量 CAP シングルアレルゲン「ヒノキ」	測定試薬	改良試薬に変更

※アレルギー性鼻炎／花粉症（季節性セット検査）の「ヒノキ」につきましても、本内容に合わせ改良試薬に変更させていただきます。

また、Viewアレルギー-39 内の「ヒノキ」につきましても改良試薬に変更させていただきます。


（裏面へ続く）

■判定一致率および相関図

【CAPシングルアレルゲン】

(n=86)

新試薬	6					3	
	5				5	3	
	4			5	5		
	3		6	10			
	2	17	8				
	1	4	3				
	0	16	1				
クラス	0	1	2	3	4	5	6
	旧試薬						



【Viewアレルギー-39】

(n=91)

新試薬	6					3	2
	5				4	6	
	4			6	6		
	3		5	8			
	2	10	11	1			
	1	6	1				
	0	20	2				
クラス	0	1	2	3	4	5	6
	旧試薬						

陰性一致率	100%
陽性一致率	98%
判定一致率	86%

以上

*お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション

2018-A-024