

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更日 令和元年9月30日(月)受付分より

■変更内容

1. セロトニン (項目コード: 6221) ※検査案内 p81

検査方法の見直しを行い、より高精度なLC-MS/MS (液体クロマトグラフィータンデム質量分析法) に変更させていただきます。その他、基準範囲等の変更はございません。

検査項目	変更箇所	新	旧
6221 セロトニン	検査方法	LC-MS/MS	HPLC
	相関式	新法=1.038×旧法-2.406 r=0.993 n=82	

2. TNF- α (腫瘍壊死因子- α) (項目コード: 3279) ※検査案内未掲載

測定試薬の販売中止に伴い、同一メーカーの後継試薬に変更させていただきます。後継試薬は、検出率が向上されており、測定レンジが広いため低濃度から高濃度までを幅広くカバーできる有用性の高い試薬となります。

検査項目	変更箇所	新	旧
3279 TNF- α (腫瘍壊死因子- α)	健常者参考値	2.26~11.1 pg/mL	1.79 以下 pg/mL
	報告下限値	2.24 未満 pg/mL	0.55 以下 pg/mL
	相関式 ^{注)}	新法=2.774×旧法+1.614 r=0.940 n=13	

注) 新旧二法の相関は、標準品の値付け及び抗体の違いから旧法に比べて3倍程高値となります。

以上

*お問合せ先: 029-837-2721 総合インフォメーション
2019-A-036